



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAÇATUBA
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA ESPECIALIZADA
BANCO DE LEITE HUMANO

Rua Dona Ida, S/N – Bairro Aviação – CEP 16.055-505 - Araçatuba/SP
Telefone: (18) 3636-1175 – e-mail: bancodeleite@aracatuba.sp.gov.br

TERMO DE REFERÊNCIA

Objetivo: Este termo de referência tem por objetivo estabelecer as especificações para repotenciamento, testes, calibração e certificação do equipamento RBL 65 utilizado no processo de resfriamento do leite humano cru e pasteurizado do Banco de Leite Humano. O equipamento referido não está atingindo a temperatura adequada para resfriamento do leite humano, comprometendo o processo de trabalho gerando dúvidas na temperatura e no tempo de resfriamento.

Especificações Técnicas: Equipamento projetado para atender ao descongelamento rápido de leite humano. Capacidade de até 30 litros de água e até 30 frascos de 300ml. Potência: 4100 Watts, 220 volts. Estrutura em aço inox, monobloco, imune a corrosão. Desenvolvido especialmente para Bancos de Leite Humano. Bomba recirculante para homogeneização da temperatura da água.

Pagamento: Fornecimento autorizado por empenho, com o pagamento sendo realizado até 30 dias após entrega e emissão da Danfe.

Local da Entrega: Banco de Leite Humano, Rua Dona Ida s/n, bairro Aviação, Araçatuba/SP

Prazo de Entrega/Execução: 30 dias úteis após a solicitação

Disposições Gerais: O fornecedor será responsável pelo repotenciamento do equipamento RBL 65, assim como os testes para calibração e certificação. O fornecedor deverá realizar manutenções e reparos: na bomba de circulação de água, compressor hermético, troca filtro com sílica, micro motor, condensador, gás de refrigeração, controlador digital de temperatura, sensor NTC com suporte completo, revestimento térmico, sistema hidráulico, incluindo mangueiras e abraçadeiras do sistema de circulação e do sistema de drenagem, bomba de circulação de água, atualização da estrutura de inox e polimento, gravação em eletroerosão, pés niveladores, nova fiação elétrica, acionadores e botões interruptores, jateamento de serpentina e remodelação. Garantia de 1 ano. As

aplicações legais deste Termo de Referência devem observar as normas vigentes, especialmente a Lei Federal 14.133/21 e sua regulamentações.

Araçatuba, 11 de abril de 2024.

Jesiela Passarini
Coordenadora do Banco de Leite Humano