



TERMO DE REFERÊNCIA

Manutenção do equipamento AUTOCLAVE da unidade Pronto Atendimento Odontológico – PAO

Objetivo:

O presente termo tem por objetivo atender a unidade Pronto Atendimento Odontológico – PAO, no serviço de manutenção da autoclave esterilizadora de materiais odontológicos e de saúde, visando o atendimento das urgências e emergências odontológicas dos usuários do Sistema Único de Saúde.

Especificações Técnicas:

Item: válvula reguladora de pressão

Item: serviço de troca da válvula

Item: serviço de limpeza da câmara de esterilização

Item: serviço de limpeza interna e externa do aparelho

Item: serviço de revisão do sistema de fechamento da porta

Item: serviço de revisão do sistema elétrico

Item: teste com integrador químico

Descrição:

Manutenção corretiva da autoclave da unidade Pronto Atendimento Odontológico, objetivando o pleno funcionamento do equipamento para efetiva esterilização dos materiais odontológicos e de saúde.

Pagamento:

Serviço será autorizado através de empenho, com o pagamento sendo realizado em até 30 dias após a conclusão do serviço.

Local do Serviço:

Rua Rosa Cury, nº 50 – São Joaquim – PAO-Pronto Atendimento Odontológico-Aracatuba/SP.

Prazo de Entrega/Execução:

30 dias.



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAÇATUBA
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Rua Floriano Peixoto, nº 710 – CEP 16.015-000 TELEFAX 18 3636.1100
e-mail: saude@aracatuba.sp.gov.br

Responsabilidades:

O fornecedor será responsável pela execução do serviço conforme as especificações e descrições, com fornecimento de mão de obra e todos os materiais e equipamentos necessários à execução dos serviços.

Araçatuba, 22 de abril de 2024.

SILVANA ALVES DE ALMEIDA
DIRETORA DO DEPARTAMENTO DE
URGÊNCIA E EMERGÊNCIA





VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: FF8B-378D-B13E-43F5

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:

- ✓ SILVANA ALVES DE ALMEIDA (CPF 165.XXX.XXX-18) em 23/04/2024 11:33:05 (GMT-03:00)
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

<https://aracatuba.1doc.com.br/verificacao/FF8B-378D-B13E-43F5>