

Termo de Referência

Locação de Aparelho Analisador Bioquímico Automático

1 - Locação mensal de: um analisador bioquímico automático veterinário BC-5000Vet

2 - Locação e instalação completa de: Todo o equipamento de bancada.

3 - Justificativa: Aquisição necessária para avaliação de enzimas dos pacientes atendidos durante a rotina do hospital veterinário público Meu Pet.

4 - Prazo: Locação para 12 (doze) meses

5 - Valor estimado mensal: R\$2.300,00 (dois mil e trezentos reais)

6 - Valor estimado Total: R\$27.600,00 (vinte e sete mil e seiscentos reais)

7 - FUNDAMENTAÇÃO DA CONTRATAÇÃO:

A presente contratação é fundamentada nos termos do art. 75, Inciso II, da Lei nº 14.133/2021, visto que o município não possui ata de registro de preços deste produto.

8 - CRITÉRIO DE JULGAMENTO:

Será o de menor preço.

Relação de documentos de habilitação:

1. Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado, acompanhado da última alteração, e das alterações da denominação social da empresa e de seus objetivos sociais, se houver, e, em se tratando de sociedades comerciais, e, no caso de sociedades por ações, acompanhado de documentos de eleição de seus administradores;
2. Cópia do Cartão de CNPJ (Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica do Ministério da Fazenda), em vigor;
3. Certidão Negativa Trabalhista.
4. Certidão da Negativa da Dívida Ativa Estadual ou Certidão de regularidade de débito com a Fazenda Estadual
5. Prova de regularidade relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS);
6. Prova de quitação de Tributos com a Fazenda Federal (Certidão de quitação de tributos e contribuições Federais Administrados pela Secretaria da Receita Federal).
7. Prova de regularidade para com a Fazenda Municipal (Certidão Negativa de tributos municipais – Mobiliários ou Imobiliários) do domicílio ou sede da empresa, ou outra equivalente, na forma da lei, com prazo não superior a 90 (noventa) dias, ou o prazo indicado pelo órgão expedidor;

8. Poderá ser apresentado o SICAF como documento de habilitação.

9 - Descrição Técnica do equipamento:

Componentes do Analisador Bioquímico Automático

9.1- Velocidade: até 300 teste/hora.

9.2- Reagentes: Bandeja com compartimento refrigerado com 60 posições.

Recipiente: R1 único 60 mL; Frasco para birreagente R1 31 mL e R2 28 mL;

Detector de nível para reagentes; Intervalo mínimo de pipetagem igual a 1 µL.

9.3- Amostras: - Bandeja com 60 posições (pacientes, controles, calibradores e brancos) para tubos primários ou cubetas; Detector de nível para amostras;

Volume mínimo: 2 µL (intervalo de 1 µL); Processamento de amostras de urgência; Diluição automática de amostras com resultados anômalos.

9.4- Reação: 100 cubetas de plástico semi-descartável (10 segmentos com 10 cubetas cada); Volume mínimo de reação: 220 µL; Temperatura de reação: 37°C.

9.5- Metodologias: Ponto Final, Cinética, Contínua e Dois Pontos; Testes químicos e imunoquímicos (turbidimetria); Calibrações lineares e não lineares.

9.6- Sistema fotométrico: Fotômetro com 10 filtros fotométricos (340, 380, 405, 450, 505, 546, 578, 600, 650 e 700 nm) e com possibilidade de adição de mais um filtro (opcional); Lâmpada halógena; Faixa de absorbância: -0,1 a 3,6 abs.

9.7- Sistema de lavagem: Lavagem automática das cubetas de reação;

Lavagem das sondas (interna e externamente);

Consumo: aproximadamente 1,6 mL / teste.

9.8- Software: Disponível em português e espanhol / Windows.

9.9- Controle de qualidade: Armazenamento dos valores de controles podendo ser visualizados graficamente (Levey-Jennings).

9.10- Alimentação: 110/220V.

9.11- Dimensão: 45 X 80 X 58 cm.

9.12- Peso: 45 Kg

10 - Do local, instruções e prazo de instalação

- Entrega e Instalação será nas dependências do Hospital Veterinário Público Meu Pet, Rua Doutor Luiz de Almeida, 175, Paraíso, Araçatuba-SP.
- Fornecer treinamento técnico e operacional
- Instalação em no máximo 24h, após o envio da ordem de serviço a ser realizado por esta Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Sustentabilidade
- Assistência técnica em no máximo 24h após comunicado oficial a ser realizado pela Responsável técnica da Clínica Veterinária Meu Pet e/ou por esta Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Sustentabilidade;

Assistência técnica compreenderá:

- Substituição do aparelho em no máximo 24h, caso seja necessário até a finalização dos reparos;
- Custeio com despesas de locomoção;
- Troca de peças caso seja necessário.

11 - O contratante poderá vistoriar o local onde será alocado o equipamento, com o objetivo de inteirar-se das condições do local, bem como para adquirir parâmetros na elaboração das propostas, mediante prévio agendamento de horário junto a esta Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Sustentabilidade através do telefone desta Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Sustentabilidade até 1 (um) dia antes do prazo final da apresentação das propostas: (18)3607- 6550. (Paula)

LUCIANE DE LIMA BUENO

Secretária Municipal de Meio Ambiente e Sustentabilidade

CARMEN ALVES CASIMIRO

Dirigente Administrativa - SMMAS



VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: E4E8-F957-EAB1-8260

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:



CARMEN ALVES CASIMIRO (CPF 117.XXX.XXX-09) em 02/04/2025 12:47:32 GMT-03:00

Papel: Parte

Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

<https://aracatuba.1doc.com.br/verificacao/E4E8-F957-EAB1-8260>