



## Termo de Referência – Locação de Aparelho Analisador Hematológico Automático

- 1 - Locação mensal de:** um analisador hematológico veterinário BC-5000Vet
- 2 - Locação e instalação completa de:** Todo o equipamento de bancada.
- 3 - Justificativa:** realizar hemogramas (exame de sangue – eritrograma, leucograma e plaquetograma) para avaliação dos pacientes atendidos durante a rotina do hospital veterinário público Meu Pet.
- 4 - Prazo:** Locação para 12 (doze) meses
- 5 - Valor estimado mensal:** R\$1.900,00 (mil novecentos reais)
- 6 - Valor estimado Total:** R\$22.800,00 (vinte e dois mil e oitocentos)

### **7 - FUNDAMENTAÇÃO DA CONTRATAÇÃO:**

A presente contratação é fundamentada nos termos do art. 75, Inciso II, da Lei nº 14.133/2021, visto que o município não possui ata de registro de preços deste produto.

### **8 - CRITÉRIO DE JULGAMENTO:**

Será o de menor preço.

Relação de documentos de habilitação:

1. Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado, acompanhado da última alteração, e das alterações da denominação social da empresa e de seus objetivos sociais, se houver, e, em se tratando de sociedades comerciais, e, no caso de sociedades por ações, acompanhado de documentos de eleição de seus administradores;
2. Cópia do Cartão de CNPJ (Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica do Ministério da Fazenda), em vigor;
3. Certidão Negativa Trabalhista.
4. Certidão da Negativa da Dívida Ativa Estadual ou Certidão de regularidade de débito com a Fazenda Estadual
5. Prova de regularidade relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS):
6. Prova de quitação de Tributos com a Fazenda Federal (Certidão de quitação de tributos e contribuições Federais Administrados pela Secretaria da Receita Federal).
7. Prova de regularidade para com a Fazenda Municipal (Certidão Negativa de tributos municipais – Mobiliários ou Imobiliários) do domicílio ou sede da empresa, ou outra equivalente, na forma da lei, com prazo não superior a 90 (noventa) dias, ou o prazo indicado pelo órgão expedidor;
8. Poderá ser apresentado o SICAF como documento de habilitação.

### **9 - DESCRITIVO TÉCNICO:**



### **Componentes do Analisador Hematológico:**

**9.1 Aplicação:** Veterinário

**9.2 Modo de funcionamento:** Automático

**9.3 Tecnologia:** Por impedância

**9.4 Velocidade de leitura:** Mínimo 60 amostras por hora

**9.5 Da descrição:** No mínimo 21 parâmetros para caninos, felinos, bovinos e equinos, sendo: canino, felino, bovino e equino: WBC, LY%, MO%, GR%, EO%, LY, MO, GR, EO, RBC, HGB, HCT, MCV, MCH, MCHC, RDW-SD, RDW-CV, PLT, PCT, MPV, PDW. 13 parâmetros: ratos, camundongos, outros animais: WBC, RBC, HGB, HCT, MCV, MCH, MCHC, RDW-SD, RDW-CV, PLT, PCT, MPV, PDW.

Capacidade para, no mínimo 200 resultados, com possibilidade de ampliação da memória interna através de SD Card para no mínimo 15.000 resultados incluindo histogramas.

No mínimo Três histogramas ,  
LCD touchscreen colorido, TFT-LCD.

Acesso restrito com senha.

Equipamento resistente a ferrugem.

Possuir no mínimo duas câmaras e duas agulhas para diluição (WBC e RBC).

No mínimo seis tipos de animais pré-estabelecidos – canino, felino, bovino, eqüino, ratos e camundongos; além de 3 tipos de espécies personalizadas.

Recontagem de amostra em uma diluição diferente quando um resultado exceder o valor de pânico alto ou baixo.

Volume de amostra de no mínimo 30 µL (CBC) para modo de medição normal, 10 ou 20 µL para modo de pré-diluição e 10µL para modo capilar.

MODOS DE DILUIÇÃO: – Aberto, Pré-diluição, Alto WBC, Muito alto WBC, Baixo WBC e Capilar.

Impressora térmica acoplada ao equipamento e opção para impressora externa.

### **10 - Do local, instruções e prazo de instalação**

- Entrega e Instalação será nas dependências do Hospital Veterinário Público Meu Pet, Rua Doutor Luiz de Almeida, 175, Paraíso, Araçatuba-SP.

- Fornecer treinamento técnico e operacional

- Instalação em no máximo 24h, após o envio da ordem de serviço a ser realizado por esta Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Sustentabilidade



PREFEITURA DE  
**ARAÇATUBA**  
Secretaria de Meio Ambiente  
e Sustentabilidade

- Assistência técnica em no máximo 24h após comunicado oficial a ser realizado pela Responsável técnica da Clínica Veterinária Meu Pet e/ou por esta Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Sustentabilidade.

- Assistência técnica deverá englobar:

- Substituição do aparelho em no máximo 24h, caso seja necessário até a finalização dos reparos;
- Custeio com despesas de locomoção;
- Troca de peças caso seja necessário.

**11 -** O contratante poderá vistoriar o local onde será alocado o equipamento, com o objetivo de inteirar-se das condições do local, bem como para adquirir parâmetros na elaboração das propostas, mediante prévio agendamento de horário junto a esta Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Sustentabilidade através do telefone desta Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Sustentabilidade até 1 (um) dia antes do prazo final da apresentação das propostas: (18)3607- 6550. (Paula)

**LUCIANE DE LIMA BUENO**

Secretária Municipal de Meio Ambiente e Sustentabilidade

**CARMEN ALVES CASIMIRO**

Dirigente Administrativa - SMMAS



## VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: 2737-D724-F1A6-E046

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:

- ✓ CARMEN ALVES CASIMIRO (CPF 117.XXX.XXX-09) em 02/04/2025 12:11:16 GMT-03:00  
Papel: Parte  
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)
  
- ✓ LUCIANE DE LIMA BUENO (CPF 119.XXX.XXX-10) em 02/04/2025 15:13:37 GMT-03:00  
Papel: Parte  
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

<https://aracatuba.1doc.com.br/verificacao/2737-D724-F1A6-E046>